

ПАСПОРТ
на изделие медицинской техники

Название: Универсальная пробная оправа
Модель: TF-3
Серийный номер: _____
Производитель: «Рексам Ко. Лтд» Япония
Представитель в России: ООО «ИнтерОПТИК-Сервис»

1. Технические характеристики

Диапазон измерения РЦ	48-80 мм.
Регулируемые параметры	РЦ, длина и угол заушников, высота и наклон для переносицы, угол оси цилиндров
Вес	60 г.

2. Комплект поставки:

Пробная оправа – 1 шт.
Коробка для оправы – 1 шт.

3. Соответствие нормативным документам

Оборудование выпускается в соответствии с нормативами
Сертификат соответствия РОСС JP.AG99.H08380
и соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 (раздел 3,4), ГОСТ 31590.1-2012

4. Гарантийные обязательства

Срок гарантии (при условии соблюдения требований руководства по эксплуатации) составляет 3 месяца с даты поставки. Гарантия не распространяется на расходные материалы и быстроизнашивающиеся детали, в том числе на лампы, предохранители и т.п.

5. Общие меры предосторожности при работе с медицинским электрооборудованием

Данный прибор является точным электронно-оптическим оборудованием. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте прилагаемое руководство по эксплуатации.

При обнаружении неисправности прибора свяжитесь с представителем поставщика. Не производите ремонт самостоятельно.

Дата поставки, печать и подпись Поставщика

_____ г.

М.П. _____ (Иванидзе Н.В.)